

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky**Bezdrôtový signalizačný systém sestra - pacient**

Funkcia
Dodanie nového, nepoužívaného a nevystavovaného bezdrôtového signalizačného systému sestra – pacient. Systém je mobilný, nevyžaduje žiadnu centrálnu ústredňu. V rámci systému si sestra môže privolať asistenciu.

Popis:

P.č.	Názov	Technická a funkčná špecifikácia	Počet kusov
1	Bezdrôtové núdzové tlačidlo	Možnosť použiť ako náramkové hodinky, zavesený na krku resp. ako nástenné tlačidlo. Je vodotesné a mechanicky odolné.	80
2.	Prijímacia jednotka (prenosná, vrecková)	Príjem hlásenia z núdzových tlačidiel. Kapacita min. 100 zariadení. Príjem správy identifikovaný akustickou a vibračnou signalizáciou a identifikáciou volaného.	1
3.	Nabíjacie zariadenie pre prijímaciu techniku		1
4.	Opakovač signálu	Zväčšenie rádiového signálu.	2
5.	Izbová jednotka	Privolávač, ktorý po stlačení signalizuje na prijímacej technike správu.	3
6.	Adaptér pre núdzové tlačidlo	Vyrobený z akrylátového skla alebo plastu. Slúži na spustenie poplachu pre menej imobilných prijímateľov tým, že zväčšuje veľkosť tlačidla. Je mobilný resp. je možné ho umiestniť na stenu.	35

Celková cena v EUR bez DPH a s DPH.

- Vrátať inštalácie, montáže na mieste plnenia a uvedenie do prevádzky.
- Vrátať balného, dopravy a vyloženia na mieste plnenia.
- Vrátať zaškolenia službukonajúceho personálu.
- Požaduje sa návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- K cenovej ponuke prosíme priložiť aj technickú špecifikáciu.